

**ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ**  
**Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ**  
**ΤΚ 11521**

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κος Δετπασκούαλε,**  
**ΤΗΛ.: 210-8701691**

Γ.Α.

29/02/2008

**ΘΕΜΑ:** Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης Ιατρικού Εξοπλισμού για τον Διαγωνισμό του έργου:  
**«Προμήθεια - Εγκατάσταση Λοιπού Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Πύργου»**

Σας αποστέλλουμε τις διευκρινήσεις που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης του Ιατρικού Εξοπλισμού για τον εν θέματι διαγωνισμό και για τα παρακάτω είδη:

**1. ΕΙΔΟΣ : B3A02 PLASMA STERILISING UNIT, LARGE**

Η απαίτηση των προδιαγραφών « The sterilization procedure time must be less than an hour. The system must have a sterilization chamber of 100 lt of useful volume», αντικαθίσταται από την «Productivity at least equal to the productivity of a steriliser of 100 lt of useful volume and one hour of sterilization procedure time».

**2. ΕΙΔΟΣ : C2D03 LARYNGOSCOPE SET, SURGERY**

Η απαίτηση των προδιαγραφών «Blades Flexible : Mac 3,4.» απαλείφεται.

**3. ΕΙΔΟΣ : C4B30 ENT ENDOSCOPY UNIT**

Η απαίτηση των προδιαγραφών «Magnifying Telescope for laryngo-pharyngoscopy 70° ( to be used with stroboscope generator ) with two degrees of magnification, focus system, integrated air channel and fixed light cable», τροποποιείται σε « Magnifying Telescope for laryngo-pharyngoscopy 70° ( to be used with stroboscope generator )».

**4. ΕΙΔΟΣ : C4N00 LIGHT SOURCE FIBER OPTIC**

Η απαίτηση των προδιαγραφών «with air water pump» απαλείφεται.

**5. ΕΙΔΗ : C4N60 TOWER VIDEO LAPAROSCOPY**

**C4N70 TOWER VIDEO ARTHROSCOPY**

Η απαίτηση των προδιαγραφών « Items 1,2,3,4 should be of the same manufacturer» τροποποιείται σε « Items 1,2 should be of the same manufacturer».

## 6. ΕΙΔΟΣ : C4P40 VIDEO BRONCHOSCOPE

- Η απαίτηση των προδιαγραφών «Insertion tube outer diameter : approx. 5.0 mm τροποποιείται σε « Insertion tube outer diameter : approx. 5.9 mm ».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Distal tip control (At least) : Up 200°, Down 120°», τροποποιείται σε «Distal tip control (At least) : Up 180°, Down 120°».

## 7. ΕΙΔΟΣ : E5Z10 SURGICAL PHACO SYSTEM

Η απαίτηση των προδιαγραφών «anterior vitrectomy with at least 1000 cuts/sec speed.» απαλείφεται.

## 8. ΕΙΔΟΣ : E6D03 INSTRUMENTS, CYSTEOSCOPES - RESECTOSCOPES

Για το υποείδος «Flexible ureterorenoscope set», η απαίτηση των προδιαγραφών «Working length at least 690mm», τροποποιείται σε «Working length at least 670mm».

## 9. ΕΙΔΟΣ : E6G07 INSTRUMENTS, ENDOSCOPY, HYSTEROSCOPES

Η απαίτηση των προδιαγραφών για εργαλεία «flexible» τροποποιείται σε «flexible or semi-flexible».

## 10. ΕΙΔΟΣ : E6G08 INSTRUMENT, ENDOSCOPY, ENT

- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Double spoon forceps (4 different forceps: curved 5°, 45°, 80°, 110°)» τροποποιείται σε « Double spoon forceps (4 different forceps: curved, approx. 5°, 45°, 80°, 110°)».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Punch forceps for the maxillary sinus (5mm, 7mm, 9mm and 11mm)» τροποποιείται σε « At least four different Punch forceps for the maxillary sinus ».

## 11. ΕΙΔΟΣ : F0A15 HAEMODIALYSIS MACHINE, CV-VH

- Η απαίτηση των προδιαγραφών «Able to perform in 7 different therapy modes. CVVH, HIGH VOLUME CVVH, CVVHDF, CVVHD, SCUF, MPS AND HP» τροποποιείται σε « Able to perform in 5 different therapy modes ».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών «With 4 autonomous high precision scales.....during the therapy» τροποποιείται σε «With 4 autonomous high precision scales».

## 12. ΕΙΔΟΣ : G0Z06 OPHTHALMIC A AND B – SCAN SYSTEM

Οι απαιτήσεις των προδιαγραφών «3-D Scan», «Diagnostic A-Scan» και «Built – in algorithms for different cases» απαλείφονται.

### Εσωτερική διανομή:

1. Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γενικός Δ/ντης
3. Δ/ση Έργων
4. Μονάδα Μελετών - Μ.Υ.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓ. ΒΙΤΩΠΑΤΟΥ

