

**ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ**  
**Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ**  
**ΤΚ 11521**

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κος Δεπασκουάλε,**  
**ΤΗΛ.: 210-8701691**

Γ.Α. 91990

03/03/2008

**ΘΕΜΑ:** Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης Ιατρικού Εξοπλισμού για τους Διαγωνισμούς των έργων:

**α) «Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Κέρκυρας»**

**β) «Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Κατερίνης»**

Σας αποστέλλουμε τις διευκρινήσεις που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης του Ιατρικού Εξοπλισμού για τους εν θέματι διαγωνισμούς και για τα παρακάτω είδη:

- 1. ΕΙΔΟΣ : C2B08 DEFIBRILATOR, PACEMAKER CAPABILITY, BIPHASIC**  
Η απαίτηση των προδιαγραφών «Not more than 5kg with batteries» απαλείφεται.
- 2. ΕΙΔΟΣ : C2D03 LARYNGOSCOPE SET, SURGERY**  
Η απαίτηση των προδιαγραφών «Blades Flexible : Mac 3,4.» απαλείφεται.
- 3. ΕΙΔΟΣ : C4B30 ENT ENDOSCOPY UNIT**  
Η απαίτηση των προδιαγραφών «Magnifying Telescope for laryngo-pharyngoscopy 70° ( to be used with stroboscope generator ) with two degrees of magnification, focus system, integrated air channel and fixed light cable», τροποποιείται σε « Magnifying Telescope for laryngo-pharyngoscopy 70° ( to be used with stroboscope generator )».
- 4. ΕΙΔΟΣ : C4N00 LIGHT SOURCE FIBER OPTIC**  
Η απαίτηση των προδιαγραφών «with air water pump» απαλείφεται.

**5. ΕΙΔΗ : C4N60 TOWER VIDEO LAPAROSCOPY**

**C4N70 TOWER VIDEO ARTHROSCOPY**

Η απαίτηση των προδιαγραφών « Items 1,2,3,4 should be of the same manufacturer» τροποποιείται σε « Items 1,2 should be of the same manufacturer».

**6. ΕΙΔΟΣ : C4O01 VIDEO BRONCHOSCOPE**

- Η απαίτηση των προδιαγραφών «Insertion tube outer diameter : approx. 5.0 mm τροποποιείται σε « Insertion tube outer diameter : approx. 5.9 mm ».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Distal tip control (At least) : Up 200°, Down 120°», τροποποιείται σε «Distal tip control (At least) : Up 180°, Down 120°».

**7. ΕΙΔΟΣ : E2AXX OPERATING TABLES**

Από την απαίτηση των προδιαγραφών « Table top longitudinal motion at least 300 mm.», απαλείφεται η διατύπωση «at least 300 mm.»

**8. ΕΙΔΗ : E4B02 MONITOR PATIENT, ICU/CCU  
E4B03 MONITOR PATIENT, ICU/CCU, CO2**

Η απαίτηση των προδιαγραφών «Operation on fully charged batteries, 3 hours», τροποποιείται σε «Operation on fully charged batteries, at least 2 hours»

**9. ΕΙΔΟΣ : E5Z10 SURGICAL PHACO SYSTEM**

Η απαίτηση των προδιαγραφών «anterior vitrectomy with at least 1000 cuts/sec speed.» απαλείφεται.

**10. ΕΙΔΟΣ : E6D03 INSTRUMENTS, CYSTEOSCOPES - RESECTOSCOPES**

Για το υποείδος «Flexible ureterorenoscope set», η απαίτηση των προδιαγραφών «Working length at least 690mm», τροποποιείται σε «Working length at least 670mm».

**11. ΕΙΔΟΣ : E6G07 INSTRUMENTS, ENDOSCOPY, HYSTEROSCOPES**

Η απαίτηση των προδιαγραφών για εργαλεία «flexible» τροποποιείται σε «flexible or semi-flexible».

**12. ΕΙΔΟΣ : E6G08 INSTRUMENT, ENDOSCOPY, ENT**

- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Double spoon forceps (4 different forceps: curved 5°, 45°, 80°, 110°)» τροποποιείται σε « Double spoon forceps (4 different forceps: curved, approx. 5°, 45°, 80°, 110°)».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών « Punch forceps for the maxillary sinus (5mm, 7mm, 9mm and 11mm)» τροποποιείται σε « At least four different Punch forceps for the maxillary sinus ».

**13. ΕΙΔΟΣ : F0A15 HAEMODIALYSIS MACHINE, CV-VH**

- Η απαίτηση των προδιαγραφών «Able to perform in 7 different therapy modes. CVVH, HIGH VOLUME CVVH, CVVHDF, CVVHD, SCUF, MPS AND HP» τροποποιείται σε « Able to perform in 5 different therapy modes ».
- Η απαίτηση των προδιαγραφών «With 4 autonomous high precision scales.....during the therapy» τροποποιείται σε «With 4 autonomous high precision scales».

#### **14. ΕΙΔΟΣ : G0Z06 OPHTHALMIC A AND B – SCAN SYSTEM**

Οι απαιτήσεις των προδιαγραφών «3-D Scan», «Diagnostic A-Scan» και «Built – in algorithms for different cases» απαλείφονται.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓ. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

